ENGLISH

General Information

3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative, is a low viscosity, visible-light activated, radiopaque, flowable. This low stress flowable material is semi translucent enabling a 4 mm depth of cure. The restorative is packaged in capsules and syringes. The shades offered with Filtek Bulk Fill flowable are U (Universal), A1, A2, and A3. Filtek Bulk Fill flowable contains bisGMA, UDMA, bisEMA(6) and Procrylat resins. The fillers are a combination of ytterbium trifluoride filler with a range of particle sizes from 0.1 to 5.0 microns and zirconia/silica with a particle size range of 0.01 to 3.5 µm. The inorganic filler loading is approximately 64.5% by weight (42.5% by volume).

Indications

- Base under Class I and II direct restorations
- Liner under direct restorative materials
- Pit and fissure sealant
- Restoration of minimally invasive cavity preparations (including small, non stress-bearing occlusal restorations)
- Class III and V restorations
- Undercut blockout
- Repair of small enamel defects
- Repair of small defects in esthetic indirect restorations
- Repair of resin and acrylic temporary materials
- As a core build-up where at least half the coronal tooth structure is remaining to provide structural support for the crown

Precautionary Information for Patients

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate allergies. If prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use of the product.

Precautionary Information for Dental Personnel

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water. Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If product contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then re-glove. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.

3M ESPE MSDS information can be obtained from www.3MESPE.com or contact your local subsidiary.

Instructions for Use

Preparation

1. **Prophy:** Teeth should be cleaned with pumice and water to remove surface stains.
2. **Shade Selection:** Prior to isolation of tooth, select the appropriate shade(s) of Filtek Bulk Fill flowable using a standard VITAPAN® classical shade guide. For sealants or core build-ups, a contrasting shade may be desirable to enhance detection.

   Note: As Filtek Bulk Fill flowable is semi translucent, the location of the restoration, underlying tooth color or adjacent restorations may influence the final appearance of the liner/base.
3. **Isolation:** A rubber dam is the preferred method of isolation. Cotton rolls and an evacuator can also be used.

Directions

1. **Matrix band:** Formation of tight proximal contacts is accomplished solely through careful matrix technique. Wedging is needed to seal the matrix band into a tight gingival seal and to create a separation between teeth to compensate for thickness of the matrix band. Where possible, use of a precontoured sectional matrix band is preferred. However, a thin circumferential steel-soft band can be used when appropriate. The band should be burnished to ensure proper proximal contour as Filtek Bulk Fill flowable will not hold the band during placement.
2. **Pulp protection:** If a pulp exposure has occurred and the situation warrants a direct pulp capping procedure, use a minimum amount of calcium hydroxide on the exposure followed by an application of 3M™ ESPE™ Vitrebond™ or 3M™ ESPE™ Vitrebond™ Plus Light Cure Glass Ionomer. Vitrebond or Vitrebond Plus liner/bases may also be used to line areas of deep cavity excavation.
3. **Adhesive System:** To bond Filtek Bulk Fill flowable to tooth structure, use of a 3M ESPE dental adhesive system is recommended. Refer to adhesive system product instructions for full instructions and precautions for the products.
4. **Delivery:**
   4.1. **Syringe delivery:** Filtek Bulk Fill flowable can be delivered directly from the dispensing tip.
      4.1.1. Protective eyewear for patients and staff is recommended when using the dispensing tip.
      4.1.2. Prepare the dispensing tip: Remove cap and save. Twist the preberit disposable dispensing tip securely onto the syringe. Holding the tip away from the patient and any dental staff, express a small amount of Filtek Bulk Fill flowable to assure that the delivery system is not plugged.
      4.1.3. If plugged, remove the dispensing tip and express a small amount of Filtek Bulk Fill flowable restorative directly from the syringe. Remove any visible plug, if present, from the syringe opening. Replace dispensing tip and again express material. Filtek Bulk Fill flowable restorative may be extruded onto a dispensing pad and applied with an appropriate instrument.
   4.2. **Single-Dose Capsule:** Insert capsule into 3M™ ESPE™ Restorative Dispenser. Refer to separate restorative dispenser instructions for full instructions and precautions.
5. **Placement:**
   5.1. Avoid intense light in the working field. Exposure of greater to intense light may cause premature polymerization.
   5.2. Dispense Filtek Bulk Fill flowable: Start dispensing in the deepest portion of the preparation, holding the tip close to the preparation surface. As material is extruded, slowly raise the tip so it is slightly above the dispensed material to minimize air entrapment. Do not allow the tip to be immersed in the material.

      For proximal areas, hold the tip against the matrix to aid material flow into the proximal box.

      5.2.1. Baseliner application: Allow for at least 2 mm on the occlusal cavosurface for the universal or posterior composite. These occlusal increments provide strength, wear resistance and esthetic qualities needed for posterior restorations.

      5.2.2. Core buildups: Syringe material into undercut areas, around pins, around posts and fill the preparation.

      5.2.3. Sealant applications: Flow material onto the prepared surface.

   5.3. Light cure restorative as indicated in Section 6.
6. **Curing:** This product is intended to be cured by exposure to a halogen or LED light with a minimum intensity of 550 mW/cm² in the 400-500 nm range. Cure each increment by exposing its entire surface to a high intensity visible light source, such as a 3M ESPE curing light. Hold the light guide tip as close to the restorative as possible during light exposure.

Shades	Increment depth	Cure Time	
		All halogen lights LED lights (with output 550-1000 mW/cm²)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ LED lights with output 1000-2000 mW/cm²)
U	4 mm	20 sec.	10 sec.
A1, A2, A3	4 mm	40 sec.	20 sec.

7. **Complete the restoration:**
   7.1. Base/Liner application: Place a composite restorative material, such as 3M™ ESPE™ Filtek™ Ultimate Universal Restorative directly over the cured Filtek Bulk Fill flowable restorative. Follow the manufacturer's instructions regarding placement, curing, finishing, occlusal adjustment, and polishing.
   7.2. Pit and Fissure Sealants: Gently remove the inhibited layer remaining after light curing with slurry of pumice or polishing paste.
   7.3. Core build-up:
      7.3.1. The bulk fill restorative is compatible with commonly-used impressioning materials when surface inhibition layer is removed.
      7.3.2. The bulk fill restorative should be kept wet with saliva or lubricated to prevent bonding to dental-cavity preparation materials.
      7.3.3. Commonly used temporary luting cements will not bond to the bulk fill restorative.
   7.4. Direct Restorative Application:
      7.4.1. Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs or stones.
      7.4.2. Check occlusion with a thin articulating paper. Examine centric and lateral excursion contacts. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.
      7.4.3. Polish with 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Finishing and Polishing System or with white stones, rubber points or polishing paste where discs are not suitable.

Storage and Use

1. This product is designed to be used at room temperature. If stored in cooler allow product to reach room temperature prior to use. Shelf life at room temperature is 36 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F may reduce shelf life. See outer package for expiration date.
2. Do not expose restorative materials to elevated temperatures, or to intense light.
3. Do not store materials in proximity to eugenol containing products.
4. Discard used syringe tip and replace cap.

Disinfect this product using an intermediate level disinfection process (liquid contact) as recommended by the Centers for Disease Control and endorsed by the American Association Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings - 2003 (Vol. 52; No. RR-17), Centers for Disease Control and Prevention.

Disposal – See the Material Safety Data Sheet (available at www.3MESPE.com or through your local subsidiary) for disposal information.

Customer Information

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale or use on the order of a dental professional.

Warranty

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for a specific application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

ИМ02

РУССКИЙ

Общая информация

Жидкотекучий реставрационный материал 3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill является текучим светоотверждаемым рентгеноконтрастным композитом низкой вязкости. Этот жидкотекучий материал с малым внутренним напряжением является полупрозрачным и обеспечивает возможность полимеризации глубиной 4 мм. Он расфасован в капсулы и шприцы. Оттенки, представленные для жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill: U (универсальный), A1, A2, и A3. Жидкотекучий материал Filtek Bulk Fill содержит композиты бис-ГМА, УДМА, бис-ЭМА(6) и Procrylat. В качестве наполнителя используется комбинация трифторида иттербия с частицами различного размера от 0,1 до 5,0 микрон и циркониево-кремниевой смеси с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм. Доля неорганического наполнителя около 64,5 % по весу (42,5 % по объему).

Показания

- Основа под прямые реставрации классов 1 и 2
- Прокладка под материалы для прямых реставраций
- Герметик ямок и фиссур
- Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых окклюзионных реставраций, находящихся вне нагрузки)
- Реставрация дефектов III и V классов
- Блокирование поднутрений
- Устранение мелких дефектов эмали
- Небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях
- Починка композитных и акриловых временных материалов
- Для восстановления коронковой части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронковой части зуба в качестве опоры

Меры предосторожности для пациентов

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей при соприкосновении с кожей. Не применяйте данный материал у пациентов, имеющих аллергию к акриловым смолам. В случае продолжительного контакта с мягкими тканями полости рта немедленно промойте ее водой. В случае возникновения аллергической реакции обратитесь к врачу, при необходимости удалите материал и прекратите его использование в дальнейшем.

Меры предосторожности для персонала стоматологических клиник

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей при соприкосновении с кожей. Для снижения риска развития аллергической реакции уменьшите время контакта с этими материалами. В частности, следует избегать контакта с неполимеризованным материалом. При попадании на кожные покровы промойте их обильным количеством воды с мылом. Рекомендуется работать в защитных перчатках и при самой минимальной степени контакта. Акрилаты могут проникать через обычные медицинские перчатки. Если реставрационный материал попал на перчатку, снимите и выбросите ее, немедленно вымойте руки водой с мылом и наденьте новую перчатку. Если возникла аллергическая реакция, обратитесь за соответствующей медицинской помощью.

Сведения паспортов безопасности 3M ESPE доступны по адресу www.3MESPE.com. Дополнительную информацию можно также получить, связавшись с Вашим местным представительством компании.

Инструкция по применению

Подготовка

1. **Очистка.** Для удаления налета зубы необходимо очистить водно-пемзовой суспензией.
2. **Выбор оттенка.** Прежде чем изолировать зуб, подберите оттенок(-ки) жидкотекучего реставрационного материала Filtek Bulk Fill, используя стандартную шкалу классических оттенков VITAPAN®. При использовании силантов или материалов для восстановления культи зубов предпочтительным может быть использование контрастных оттенков, позволяющих различать материалы.

   Примечание. Поскольку Filtek Bulk Fill является полупрозрачным материалом, область реставрации, цвет подлежащего зуба или соседних областей реставрации может повлиять на окончательный внешний вид основы/прокладки.
3. **Изоляция.** Предпочтительным методом изоляции является коффердам. Однако можно использовать и ватные валики вместе со слюноотсосом.

Указания

1. **Межзубная матрица.** Для обеспечения надлежащего прилегания контактной зоны зуба необходимо правильное использование межзубной матрицы. Чтобы добиться плотного прилегания десен и установить нужное расстояние между зубами с учетом толщины зубной матрицы, следует использовать клинья. Предпочтительно использовать предварительно смоделированную секционную матрицу. Однако при необходимости также можно применять тонкую стальную матрицу. Для формирования надлежащего проксимального контура матрицу необходимо отшлифовать, поскольку жидкотекучий материал Filtek Bulk Fill не будет удерживать ее во время размещения.
2. **Защита пульпы.** Если произошло вскрытие пульпы или ситуация требует прямого ее покрытия, нанесите небольшое количество гидроксида кальция на вскрытый участок, а затем внесите материал прокладочный стеклоиономерный цемент 3M™ ESPE™ Vitrebond™ или Vitrebond™ Plus. Материал прокладочный стеклоиономерный Vitrebond Plus может также использоваться для покрытия областей экскавации глубоких полостей.
3. **Адгезивная система.** Для внедрения жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill в структуру зуба рекомендуется использовать адгезивную систему 3M ESPE. Для получения полной информации о продукции и соответствующих мерах предосторожности см. инструкции по применению адгезивной системы.
4. **Внесение.**
   4.1. **Внесение с помощью шприца.** Внесение жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill может осуществляться с помощью распределительного наконечника.
      4.1.1. При использовании наконечника персоналу и пациентам рекомендуется надевать защитные очки.
      4.1.2. Подготовка наконечника. Снимите колпачок и отложите. Аккуратно изогните наконечник непосредственно на шприце. Не направляя шприц в сторону персонала и пациента, выдавите небольшое количество жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill, чтобы убедиться в проходимости системы.
      4.1.3. Если имеется закупорка, снимите наконечник и выдавите небольшое количество жидкотекучего реставрационного материала Filtek Bulk Fill непосредственно из шприца. При наличии видимого препятствия в отверстии шприца, при необходимости его удалите. Заново установите распределительный наконечник и снова попробуйте выдавить материал. Жидкотекучий реставрационный материал Filtek Bulk Fill можно выдавить на пластину для смешивания и нанести с помощью подходящего инструмента.
   4.2. **Однодозовая капсула.** Вставьте капсулу в диспенсер для реставрационных материалов 3M™ ESPE™. Следуйте отдельной инструкции к диспенсеру и соответствующим мерам предосторожности.
5. **Внесение.**
   5.1. Избегайте попадания интенсивного света в рабочее поле. Попадание интенсивных солнечных лучей на пасту может привести к преждевременной полимеризации.
   5.2. Распределение жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill. Начните с самого глубокого участка препарирования: держите кончик близко к поверхности. После выдавливания материала медленно поднимите наконечник над распределяемым материалом, чтобы минимизировать попадание воздуха. Не допускайте погружения наконечника в материал.

      Для обработки проксимальных участков прижмите наконечник к матрице для попадания материала в проксимальный контур.

      5.2.1. Использование в качестве основы: для универсального или композитного материала для фиссур и зубов необходимо оставить хотя бы 2-мм слой окклюзионно-прикусной границы. Благодаря прикусному слою достигается прочность, износостойкость, а также эстетические качества, необходимые для реставрации боковых зубов.

      5.2.2. Восстановление культи зуба. Осуществите впрыск материала в области поднутрения, вокруг штифтов, коронок, а затем введите препарат.

      5.2.3. Нанесение силанта. Нанесите материал на препарируемую поверхность.
   5.3. Проведите светоотверждение, как указано в разделе 6.
6. **Полимеризация.** Полимеризация данного продукта предусмотрена под воздействием света от галогеновой или светодиодной лампы с минимальной интенсивностью 550 мВт/см² в диапазоне 400–500 нм. Полимеризуйте каждый слой материала, засвечивая всю его поверхность светом высокой интенсивности от источника, такого как светосвод полимеризатор 3M ESPE. Во время полимеризации держите светосвод как можно ближе к полимеризуемому материалу.

Оттенки	Глубина слоя приращения	Время полимеризации	
		Все галогеновые лампы, светодиоды (с мощностью светового потока 500–1000 мВт/см²)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ светодиодные лампы с мощностью светового потока 1000–2000 мВт/см²)
U	4 мм	20 сек.	10 сек.
A1, A2, A3	4 мм	40 сек.	20 сек.

7. **Завершение реставрации.**
   7.1. Использование в качестве подкладок/основы. Нанесите композитный реставрационный материал, например универсальный материал Filtek™ Ultimate, непосредственно на отвержденный жидкотекучий материал Filtek Bulk Fill. Следуйте инструкциям производителя относительно постановки, полимеризации, шлифовки, окклюзионной проверки, полировки.
   7.2. Запечатывание ямок и фиссур. Аккуратно сверните ингибированный слой, оставшийся после светополимеризации, с помощью пемзы или полировочной пасты.
   7.3. Наращивание культи.
      7.3.1. Реставрационный материал Bulk Fill совместим с традиционными оттискными материалами при удалении ингибиторного слоя.
      7.3.2. Реставрационный материал Bulk Fill следует смачивать слюной или смазкой для предотвращения химического отверждения.
      7.3.3. Традиционно используемый временный цемент не прилипает к материалу Bulk Fill.
   7.4. Окончательная обработка при прямой реставрации.
      7.4.1. Отшлифуйте поверхность пломбы алмазными или твердосплавными финирами, борами или камнями.
      7.4.2. Проверьте окклюзию артикуляционной бумагой. Проверьте центральные и боковые контакты при движении. Аккуратно подгоните окклюзию, удаляя излишки материала мелкозернистым алмазным бором или камнем.
      7.4.3. Если невозможно использовать диски, отполируйте, используя систему финирования и полирования 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ или белые шлифовальные камни, резиновые наконечники или полировочную пасту.

Хранение и применение

1. Материал должен храниться при комнатной температуре. Если продукт хранился в холодном месте, перед использованием его необходимо нагреть до комнатной температуры. Срок хранения материала при комнатной температуре 36 месяцев. Постоянная температура окружающей среды выше 27 °C/80 °F может сократить срок хранения. Дату истечения срока годности см. на внешней упаковке.
2. Не подвергайте реставрационные материалы воздействию повышенных температур или интенсивного света.
3. Не храните материалы вблизи продуктов, содержащих эвгенол.
4. Использованные наконечники следует выбрасывать, а шприц закрывать колпачком.

Дезинфицируйте этот материал посредством соответствующих процедур промежуточного уровня (жидкий контакт) согласно рекомендациям центров по контролю заболеваний, одобренным Американской стоматологической ассоциацией. Правила инфекционного контроля в стоматологических клиниках, 2003 г. (том 52, номер RR-17), а также центров по контролю и предотвращению заболеваний.

Утилизация – информацию по утилизации содержится в паспортах безопасности материалов (доступно по адресу www.3MESPE.com/MSDS или у вашего местного представителя).

Информация для покупателя

Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от сведений, содержащихся в данной инструкции.

Внимание. Согласно федеральному законодательству США данный продукт может продаваться и использоваться исключительно по рецепту специалиста-стоматолога.

Гарантийные обязательства

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет полную ответственность за применимость данного продукта для своих конкретных целей. В случае обнаружения дефекта изделия в гарантийный период его устранение и ответственность компании 3M ESPE ограничиваются ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данного изделия, будь то прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные убытки, независимо от выдвинутой основы, в том числе гарантий, контрактов, небрежного обращения или объективной ответственности.

ИМ02

БЪЛГАРСКИ

Обща информация

Течният възстановителен материал 3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill е с ниск вискозитет, активира се от видимата светлина, е и рентгеноконтрастен и течен. Този течен материал с ниск стрес е полупрозрачен, позволява полимеризация на дълбочина 4 мм. Възстановителят е пакетиран в капсули и цилиндри. Цветовете на течния материал Bulk Fill са U (универсален), A1, A2 и A3. Течният материал Filtek Bulk Fill съдържа bisGMA, UDMA, bisEMA(6) и прокрилатни смоли. Пълнителите са комбинация от итербиев трифлуориден пълнител с диапазон на размера на частиците от 0,1 до 5,0 микрона и цирконий/силициев диоксид с диапазон на размера на частиците от 0,01 до 3,5 µm. Напълненост с неорганичен пълнител е приблизително 64,5% тегловни % (42,5% обемни %).

Показания

- Основа под директни възстановявания Клас I и II
- Подложка под директни възстановителни материали
- Запечатване на фисури
- Възстановяване на минимално инвазивни кавитетни препарации (включително малки неподлежащи на натоварване окклузални възстановявания)
- Облицовки от III и IV клас
- Запълване на подмоли
- Коригиране на малки дефекти в емайла
- Поправки на малки дефекти на естетични индиректни възстановявания
- Поправка на композитни и акрилови временни материали
- Като материал за изграждане на пънчета, където поне половината от коронковата зъбна структура все още е запазена, за да осигури структурна опора на коронката

Информация за предпазни мерки за пациентите

Този продукт съдържа вещества, които могат да предизвикват алергична реакция у някои лица при контакт с кожата. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с данни за алергия към акрилати. При продължителен контакт с меките тъкани в устната кухина, измийте обилно с вода. При възникване на алергична реакция, потърсете медицинска помощ, отстранете продукта, ако е необходимо, и прекратете употребата му.

Информация за предпазни мерки за стоматологичния персонал

Този продукт съдържа вещества, които могат да предизвикват алергична реакция у някои лица при контакт с кожата. За да се намали рискът от алергична реакция, изпагането на въздействието на тези материални трябва да се сведе до минимум. Особено важно е да се избягва контактът с неполимеризиран продукт. При контакт с кожата измийте с вода и сапун. Препоръчва се употребата на защитни ръкавици и безконтактна техника. Акрилатите могат да проникват през ръкавици, които най-често се употребяват. Ако продуктът влезе в контакт с ръкавиците, те трябва да се свалят и изхвърлят, а ръцете незабавно да се измият с вода и сапун и да се облекат нови ръкавици. При развитие на алергична реакция, потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.

Информационният лист за безопасност на 3M ESPE можете да намерите на адрес: www.3MESPE.com или да се свържете с вашия местен филиал.

Указания за употреба

Подготовка

1. **Профилактично почистване:** Зъбите трябва да се почистят с пемзова паста и вода, за да се премахнат повърхностните оцветявания.
2. **Избор на цвета:** Преди изолирането на зъба изберете подходящия оттенък(ци) на течния материал Filtek Bulk Fill, като използвате стандартно класическо ръководство за оттенъци VITAPAN®. За запечатване на фисури или изграждане на пънчета може да се предпочете контрастен цвят за подобряване на видимостта.

   Забележка: Тъй като течният препарат Filtek Bulk Fill е полупрозрачен, местото на възстановяване, основният цвят на зъба или съседни възстановявания могат да повлияят на крайния външен вид на подложката.
3. **Изолация:** Предпочитаният метод на изолация е с кофердам. Могат да се използват памучни ролки и слюноотсмукател.

Упътване

1. **Матрица:** Формиране на добър проксимален контакт се постига единствено чрез внимателна матрична техника. Включването е необходимо, за да се постигне плътно гингивално уплътняване и да се създаде разделение между зъбите, за да се компенсира дебелината на матрицата. Когато е възможно, е предпочитателно използването на предварително оформена секционна матрица. Въпреки това, когато е уместно може да се използва тънка кръгла мека лента. Лентата следва да бъде гладка, за да се гарантира правилен проксимален контур, тъй като течният препарат Filtek Bulk Fill няма да задържи лентата по време на поставяне.
2. **Предпазване на пулпата:** Ако се стигне до пулпата и ситуацията изисква директно покриване, използвайте минимално количество калциев хидроксид и след това поставете Vitrebond™ или Vitrebond™ Plus Light Cure Glass Ionomer, произвеждан от 3M™ ESPE™. Поставените Vitrebond или Vitrebond Plus могат да се използват и в зона за дълбока изкопана на кавитета.
3. **Адхезивна система:** За закрепване на течния материал Filtek Bulk Fill към структурата за зъба се препоръчва използването на дентална адхезивна система 3M ESPE. Вижте инструкциите на адхезивната система за инструкции и предпазни мерки за продуктите.
4. **Дозиране:**
   4.1. **Нанасяне с шприца:** Течният препарат Filtek Bulk Fill може да се нанесе директно от дозиращия накрайник.
      4.1.1. При работа с дозиращ накрайник се препоръчва носене на защитни очила за пациента и персонала.
      4.1.2. Подготовете дозиращия накрайник: Свалете капачката и я запазете. Здраво завийте предварително огънатия дозиращ накрайник върху спринцовката. Изстискайте малко количество от течния препарат Filtek Bulk Fill, като дръжте върха далеч от пациента и персонала, за да се уверите, че дозиращата система не е запушена.
      4.1.3. Ако е запушена, свалете дозиращия накрайник и изстискайте малко от течния препарат Filtek Bulk Fill директно от шприца. Отстранете всички видими запушвания от отвора на шприца. Поставете отново дозиращия накрайник и изстискайте материал. Течният материал Filtek Bulk Fill може да се шприцова върху блюче и да се нанася с подходящ инструмент.
   4.2. **Еднократна капсула:** Поставете капсулата в дозатор за реставрации 3M™ ESPE™. Направете справка с инструкциите за дозиращия пистолет относно пълните указания и предпазните мерки.
5. **Нанасяне:**
   5.1. Работното поле не трябва да попада силна светлина. Излагане на частта на интензивна светлина може да предизвика преждевременна полимеризация.
   5.2. Дозиране на течния материал Filtek Bulk Fill: Започнете дозирането в най-дълбоката част от подготвеното място, като държите върха близо до повърхността. Тъй като материалът е екструдиран, бавно повдигайте върха, така че да е малко над дозирания материал, за да се сведе до минимум проникването на въздух. Не допускайте върха да се потопи в материала.

      За проксималните области, дръжте върха срещу матрицата, за да избегнете навлизане на материал в проксималната област.

      5.2.1. Приложение като подложка: Оставете поне 2 mm на окклузалната кавитетна повърхност за универсални или композитни композит. Тези окклузални инкременти придават здравина, устойчивост на износване и естетически качества, необходими за постериорни възстановявания.

      5.2.2. Изграждане на пънчета: Нанесете с шприца материал в подмоли, около щифтове, около опори и запълнете подготвеното място.

      5.2.3. Приложения като силант: Поставете материал върху подготвената повърхност.
   5.3. Фотополимеризирайте възстановителя, както е указано в Раздел 6.
6. **Полимеризиране:** Този продукт е предназначен за полимеризиране чрез излагане на халогенна или светодиодна светлина с минимален интензитет 550mW/cm² в обхвата 400-500 nm. Полимеризирайте всеки слой чрез осветяване на цялата му повърхност с мощен източник на видима светлина, като например лампа за полимеризация на 3M ESPE. По време на осветяването дръжте върха на светловода колкото може по-близо до възстановителния материал.

Цветове	Дълбочина на слоя	Време за полимеризиране	
		Всички халогенни лампи LED светлини (с мощност 550-1000 mW/cm²)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ LED светлини с мощност 1000-2000 mW/cm²)
U	4 mm	20 сек.	10 сек.
A1, A2, A3	4 mm	40 сек.	20 сек.

7. **Завършване на възстановяването:**
   7.1. Приложение като подложка: Поставете композитен възстановителен материал, например Filtek™ Ultimate, директно върху полимеризирания течен възстановителен материал Filtek Bulk Fill. Спазвайте указанията на производителя относно нанасянето, полимеризирането, заглаждането, оклузалното аксиктиране и полирането.
   7.2. Запечатване на фисури: Внимателно отстранете инхибиращия слой, останал след фотополимеризирането, с пемзова паста или полирна паста.
   7.3. Изграждане на пънчета:
      7.3.1. Възстановителният материал за запълване на обем е съвместим с най-често използваните отпечатъчни материали, когато повърхностният инхибиционен слой бъде отстранен.
      7.3.2. Възстановителният материал за запълване на обем трябва да се поддържа влажен със слюнка или лубрикиран, за да се предотврати свързване към химиополимеризиращи материали за временно изграждане.
      7.3.3. Често използваните материали за временно цементиране няма да се свържат към възстановителния материал за запълване на обем.
   7.4. Приложение за директно възстановяване:
      7.4.1. Оформете повърхността на протезата с фини заглаждащи диамантени борери или камъчета.
      7.4.2. Проверете окклузията с тънка артикулационна хартия. Проверете за центрично и латерално изместване. Внимателно регулирайте окклузията, като отстранете материала с фин полиращ диамант или камък.
      7.4.3. Полирайте със системата за завършване обработка и полиране 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ или с бели камъчета, гумирани точки или полираща паста, когато дисковете не са подходящи.

Съхранение и употреба

1. Този продукт е предназначен за употреба на стайна температура. Ако е съхраняван в студено помещение, преди употреба оставете продукта да достигне стайната температура. Срокът на годност при стайна температура е 36 месеца. Околни температури, постоянно по-високи от 27°C/80°F могат да намалят срока на годност на продукта. Срокът на годност е посочен върху външната опаковка.
2. Не излагайте възстановителните материали на висока температура или силна светлина.
3. Не съхранявайте материалите в близост до продукти, съдържащи евгенол.
4. Изхвърлете използвания накрайник на шприца и го заменете с капачка за съхранение.

Дезинфекцирайте този продукт с помощта на средносложен дезинфектант (течност) в съответствие с препоръките на Центъра за контрол на болестите и на Американската стоматологична асоциация. Указания за контрол на инфекциите в стоматологичното здравеопазване - 2003 (том. 52; No. RR-17), центрове за контрол и профилактика на болестите.

Изхвърляне – вижте информационния лист за безопасност / Material Safety Data Sheet (наличен в сайта www.3MESPE.com или във Вашия локален клон) за информация за изхвърляне.

Информация за купувача

Никое лице не е упълномощено да предоставя информация, различна от информацията, съдържаща се в този брошурен материал.

Внимание: Съгласно федералното законодателство на САЩ настоящият продукт може да се продава или използва единствено по заявка на стоматолог.

Гаранция

3M ESPE гарантира, че този продукт е произведен без дефекти в материала и производствения процес. 3M ESPE НЕ ПОЕМА ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Потребителят носи отговорност за определяне на пригодността на продукта за конкретното приложение. Ако продуктът се окаже дефектен в рамките на гаранционния срок, вие ще бъдете обезщетени, като единственото задължение на 3M ESPE е да поправи или подмени продукта на 3M ESPE.

Ограничена правна отговорност

Освен в случаите, изрично посочени от закона, 3M ESPE не носи отговорност за каквато и да било загуба или щета, възникнала в резултат на използването на настоящия продукт, независимо дали щетата е пряка, косвена, случайна, умишлена или последваща, независимо от изказваните твърдения, включително гаранция, договор, пренебрегване небрежност или конкретна отговорност.

HRVATSKI

Opći podaci

3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill tekući je kompozit niskog viskoziteta, svjetlosno polimerizirajući, rendgenski dobro vidljiv. Ovaj tekući materijal niskog viskoziteta je polupropustan, što omogućuje polimerizaciju na dubini od 4 mm. Ovaj materijal je pakiran u kapsule i brizgalice. Dostupne nijanse Filtek Bulk Fill tekućeg kompozita su U (univerzalna), A1, A2 i A3. Filtek Bulk Fill tekući kompozit sadrži bisGMA, UDMA, bisEMA(6) i Procrylat smole. Punila se sastoje od kombinacije punjenja iterbij trifluorida s veličinom čestica od 0,1 do 5,0 mikrona i cirkonij/silicija s česticama veličine od 0,01 do 3,5 µm. Udio čestica anorganskog punila čini približno 64,5% težinskog (42,5% volumnog) udjela.

Indikacije

- Podloga pod direktnim restauracijama razreda I i II
- Liner ispod direktnih restorativnih materijala.
- Sredstvo za začepljenje fisura
- Restauracije sa minimalno invazivnim preparacijama (uključujući male restauracije bez okluzalnog stresa)
- Nadoknađivanje klase III i V
- Podminiranje ispuna
- Popravka manjih defekata cakline
- Reparacija malih defekata u estetskim indirektnim restauracijama
- Reparacija provizorija od smole ili akrilata
- Kao ispuna kruna zuba gdje postoji bar polovica koronalne zubne strukture kako bi se osiguralа struktura podrška kruni

Obavijesti o mjerama opreza za pacijente

Ovaj proizvod sadrži tvari koje kod nekih osoba mogu prouzročiti alergijsku reakciju u dodiru s kožom. Kako bi se izbjegle alergijske reakcije, svedite izloženost ovim materijalima na minimum. Posebno izbjegavajte izlaganje nepolimeriziranom proizvodu. Ako kože dođe u kontakt s ovim materijalima, operite je sapunom i vodom. Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica i tehnike bez dodira. Akrilati mogu prodrijeti kroz rukavice koje se uobičajeno koriste. Ako dođe do kontakta materijala s rukavicom, rukavicu skinite i bacite, odmah operite ruke sapunom i vodom te stavite novu rukavicu. Ako dođe do alergijske reakcije, prema potrebi potražite liječničku pomoć.

Podatke o 3M ESPE MSDS potražite na www.3MESPE.com ili se obratite lokalnoj podružnici.

Upute za uporabu

Priprema

1. **Profilaksa:** Zube je potrebno očistiti otopinom plavušca i vode, kako bi se odstranile površinske nečistoće.
2. **Izbor nijanse:** Prije izolacije zuba odaberite odgovarajuću nijansu Filtek Bulk Fill tekućeg kompozita korištenjem standardnog VITAPAN® klasičnog boja. Dodatni kontrastnih nijansi može biti poželjnji za pečaćenje i nadoknadnju zubne krune kako bi se olakšalo otkrivanje.

   Napomena: Kako je Filtek Bulk Fill kompozit za nanošenje u jednom komadu poluproziran, lokacija restauracije, inherentna boja zuba ili granične restauracije mogu imati utjecaja na završni izgled baze/podloge.
3. **Izolacija:** Koferdam se preporučuje kao najbolja metoda izolacije. A mogu se koristiti i vaterole i sisaljka.

Upute

1. **Metalna matrica:** Formiranje uskih proksimalnih kontakata se postiže isključivo pažljivim matričnim tehnikama. Uklještenje je potrebno kako bi omogućilo usko gingivalno pečaćenje te kako bi se stvorila separacija među zubima radi kompenzacije širine metalne matrice. Gdje je moguće, preferira se uporaba predkonturirane presječne matrice. Međutim, gdje je to prikladno, može se koristiti i tanka, meka obodna matrica. Matrica mora biti polirana kako bi osigurala primjerenu proksimalnu konturaciju, jer Filtek Bulk Fill tekući kompozit neće držati matricu tijekom postavljanja.
2. **Zaštita pulpe:** Ukoliko je pulpa eksponirana, a situacija omogućuje direktno prekrivanje pulpe, upotrijebite malu količinu kalcijevog hidroksida, te na nanesite 3M™ ESPE™ Vitrebond™ ili Vitrebond™ Plus Light Cure Glass Ionomer. Vitrebond ili Vitrebond Plus podloge/baze mogu se također koristiti u području dubokih kaviteta.
3. **Sustav ljepila:** Kako biste spojili Filtek Bulk Fill tekući kompozit sa zubnom strukturom, preporuča se uporaba 3M ESPE dentalnog adhezivnog sustava. Pogledajte upute za proizvode adhezivnog sustava za potpune upute za uporabu proizvoda i mjere opreza.
4. **Nanošenje:**
   4.1. **Punjenje štrcaljke:** Filtek Bulk Fill tekući kompozit može se nanositi neposredno iz štrcaljke uporabom nastavka za nan

4. **Nanášanie:**

4.1. **Nanášanie injekčnou striekačkou:** Tekutú objemovú výplň Filtek Bulk Fill sa môže nanášať priamo z aplikátora.

4.1.1. Počas používania aplikátora sa odporúča chrániť oči pacientov i personálu ochrannými okuliarmi.

4.1.2. *Príprava aplikátor:* Odstráňte uzáver a odložte ho nabok. Naskrutkujte ohnutú jednorazovú aplikátor pevne na striekačku. Držte špičku aplikátora smerom od pacienta i personálu a vytlačte malé množstvo tekutého výplňového materiálu Filtek Bulk Fill, aby ste sa presvedčili, že po privedení systém nie je upchatý.

4.1.3. Ak je privodný systém upchatý, odmontujte špičku a vytlačte malé množstvo tekutého výplňového materiálu Filtek Bulk Fill priamo zo striekačky. Ak sú v ústi striekačky prítomné viditeľné nánosy, odstráňte ich. Nasaďte aplikátor a kompozit vytlačte. Tekutú objemovú výplň Filtek Bulk Fill sa môže vytlačiť na dávkovaciu podložku a aplikovať vhodným nástrojom.

4.2. **Jednorazové kapsule:** Vložte kapsule do dávkovača výplňového materiálu 3M™ ESPE™. Všetky pokyny a bezpečnostné pokyny nájdete v pokynoch na použitie dávkovača výplne.

5. **Aplikácia:**

5.1. Miesto práce neosvetľujte priliš intenzívne. Vystavenie pracovnému svetlu môže spôsobiť predčasnú polymerizáciu.

5.2. Naneste tekutú objemovú výplň Filtek Bulk Fill: Nanášanie začnite v najhlbšej časti preparácie a špičku aplikátora držte blízko povchu preparácie. Keď je materiál vytlačený, pomaly zdvihnite špičku aplikátora, aby bola mierne nad naneseným materiálom (aby sa minimalizovalo zachytenie vzduchu). Špička sa nesmie ponoriť do materiálu.

Na proximálnych plochách držte špičku oproti matrici, aby sa uľahčil tok materiálu do proximálnej časti.

5.2.1. Aplikácia podobných výplní: Na okluznom povrchu kavity nechajte minimálne 2 mm na univerzálny alebo posteriérny kompozit. Tieto okluzne prirastky použitých odolnosť voči opotrebovaniu a estetické kvality potrebné v posteriórnych výplní.

5.2.2. Dostatvby jadra: Striekačkou naneste materiál do podbiehavých častí, okolo čapov a výplne preparácie.

5.2.3. Aplikácia tmelu: Naneste materiál na pripravený povrch.

5.3. Vytvrďte výplň svetlom podľa pokynov v časti 6.

6. **Vytvrdzovanie:** Tento výrobok je určený na vytvrdzovanie pôsobením halogénovej alebo LED lampy s minimálnou intenzitou 550 mW/cm² a vlnovou dĺžkou v rozsahu 400–500 nm. Každú dávku osvetlite po celej ploche po zdroja viditeľného svetla vysoký intenzity (napr. lampou na vytvrdzovanie 3M ESPE). Počas svetlenej expozície držte svetlo čo najbližšie k výplni.

Odtienie	Prírastková hĺbka	Doba vytvrdzovania	
		Všetky halogénové svetlá LED svetlá (s výkonom 550–1000 mW/cm²)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ LED svetlá s výkonom 1000–2000 mW/cm²)
U	4 mm	20 sekúnd	10 sekúnd
A1, A2, A3	4 mm	40 sekúnd	20 sekúnd

7. **Dokončenie výplne:**

7.1. Zložte najskôr podložku. Ak sa kladiv pri nástroj, ako napr. Filtek™ Ultimate Universal, primo na zbytky flow kompozit Filtek Bulk Fill flowable. Pri aplikaci, vytvrzování, dokončení, úpravě okluze a leštění se řiďte pokyny tohoto návodu.

7.2. Počiatční fisur a jamek: Pomocí pemzy nebo leštící pasty jemně odstraňte povrchovou vrstvu vzniklou tvrdnutím vzduchu.

7.3. dostatvby pilíři

7.3.1. Výplňové materiály buky fill jsou kompatibilní s běžně používanými

7.3.2. Aby nedošlo k chemické vazbě s chemicky tuhnoucím materiálem provizoria, měl by být výplňový materiál bulk fill vhlý silnou nebo lubrikován.

7.3.3. Běhě používané provizorní cementy nemají vazbu na výplňový materiál bulk fill.

7.4. Aplikace u přímé výplně:

7.4.1. Vytvarujte povrchy výplně jemnými diamanty, brousky nebo kameny.

7.4.2. Pomocí artikulačního papíru zkontrolujte okluzi. Vyzkoušejte i kontakty centrické a laterální. Pečlivě upravte okluzi odstraněním materiálu jemnými diamantem nebo kamenem.

7.4.3. Pokud nejsou vhodné dlaky, vyleštěte pomocí 3M ESPE Sof-Lex™ Finishing and Polishing System nebo pomocí bílého kamene, gumových špiček či leštící pasty.

Skladování a použití

1. Tento produkt je určen pro použití při pokojové teplotě. Jestliže je skladován v chladnější teplotě, před použitím nechejte produkt zahřát na pokojovou teplotu. Doba životnosti při pokojové teplotě je 36 měsíců. Okolní teplota pohybující se pravidelně nad 27°C/80°F může snížit trvanlivost produktu. Na vnějším obalu je uvedeno datum exspirace.

2. Výplňové materiály neinteragují s běžnými ústními látkami a nepůsobí na ně ani běžnými roztoky.

3. Materiály nevykazují v blízkosti výrobků obsahujících eugenol.

4. Použitou koncovku stříkačky vyřaďte a nahraďte uschovaným víčkem.

Produkt desinfikujte desinfekčním postupem stejně účinný izovirid (kontakt s tekutinou) doporučeným country CDC (Centra pro kontrolu nemoci) a schváleným asociací ADA (Americká asociace stomatologů). Pokyny pro kontrolu infekce v stomatologických ordinacích (Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings) – 2003 (Sv. 52, č. RR-17), Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention).

Likvidace – informace o likvidaci viz bezpečnostní list materiálu (k dispozici na www.3MESPE.com nebo prostřednictvím místní pobočky).

Informace pro uživatele

Nikdo není oprávněn podávat žádné informace lišící od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

POZOR: Federální zákony USA omezují prodej a použití tohoto přípravku pouze na objednávku stomatologa.

Záruka

Společnost 3M ESPE neposkytuje žádné další záruky týkající se tohoto materiálu kromě výslovně uvedených v tomto návodu k použití. Všechny ostatní záruky, ať již vyjádřené nebo předpokládané, včetně záruky, smluvní, nedbalosti či přímé odpovědnosti.

Omezení odpovědnosti

Kromě případů stanovených zákonem nebude společnost 3M ESPE odpovídat za jakoukoli ztrátu či poškození jakýmkoli ztrátu či poškození vzniklým v důsledku použití tohoto materiálu. Společnost 3M ESPE neodpovídá za vedlejší, náhodné či následnou, bez ohledu na založené tvrzení, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti či přímé odpovědnosti.

ČESKÝ

Všeobecné informace

3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill Flow Restorative je nízkoviskózní, viditelným světlem aktivovaný, rtg kontrastní flow kompozit. Tento flow materiál s nízkým polymeračním napětím je semitransluscentní a umožňuje polymerizaci až do hloubky 4 mm. Tento výplňový materiál je pakrán v kapsule in brizge. Razpoložljivi odtenki materiala Filtek Bulk Fill so U (univerzalen), A1, A2 in A3. Material Filtek Bulk Fill vsebuje bisGMA, UDMA, bisEMA(6) in prokrilatne smole. Polnilo je kombinacija terbijevega trifluoridnega polnila z delci v velikosti od 0,1 do 5,0 µm in cirkonija/silicija z velikostjo delcev od 0,01 do 3,5 µm. Delež anorganskega polnila znaša približno 64,5 ut.% (42,5 vol.%).

Indikacije

- Podlaga pod neposredními popravki I. in II. razreda
- Liner pod materiali za neposredne popravke
- Zalivanje fisur
- Restavracije minimalno invazivnih prepar sov z luknjami (vključno z majhnimi okluzalnimi restavracijami, ki lahko prenesejo težo)
- Restavracije III. in V. razreda
- Podminirani deli
- Popravila manjših poškodb sklenine
- Popravki malih defektov pri posrednih estetskih restavracijah
- Popravki provizoričnih del iz smole ali akrilatov
- Nazidke v primerih, kjer je najmanj polnilca krone ohranjene in nudi oporo

Varnostna opozorila za bolnike

Izdelek vsebuje smole snovi, ki lahko ob stiku s kožo pri nekaterih osebah povzročijo alergijsko reakcijo. Izdelka ne uporabljajte pri bolnikih, ki so alergični na akrilate. Če pride do daljšega stika z mehkimi ustnimi tkivi, izpirajte usta z veliko vode. Če pride do alergijske reakcije, poiščite pomoč zdravnika pomoč in odstranite izdelek tkiv v bodoče tega izdelka ne uporabljajte več.

Varnostna opozorila za zobozdravstveno osebje

Izdelek vsebuje snovi, ki ob stiku s kožo pri nekaterih osebah lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Da bi zmanjšali možnost alergijskih reakcij, posledite za čim hitrejšim odstranjevanjem materiala. Obrabi se tako, da nosite ustrezne rokavice. Če pride do stika s kožo, kožo sperite z milom in vodo. Priporočeni sta raba zaščitnih rokavic in tehnika dela brez dotikanja. Akrilati lahko povzročijo poškodovanje zaščitne rokavice, ki so občajno v uporabi. Če pride material v stik z rokavicami, rokavice snemite in jih takoj zavrzite. Roke si takoj umite z milom in vodo ter si nadenite nove rokavice. Če pride do alergijske reakcije, poiščite zdravniško pomoč.

Informacije varnostnega lista 3M ESPE lahko poiščete na www.3MESPE.com ali se obrnete na svojo lokalno podružnico.

Navodila za uporabo

Priprava

1. **Očiščenje:** Zobe očistite s polimo pasto in vodo, da odstranite površinske madeže.

2. **Izbira barvnega odtenka:** Pred izolacijo zobe izberite ustrezen odtenek (oz. ustrezne odtenke) tekočega polnilnega materiala Filtek Bulk Fill s standardnim pripomočkom za klasično izbiro odtenka VITAPAN®. Za zobna tesnila ali nadzidke zatičkov je lahko v pomoč kontrastni odtenek, da izboljšate razsnavanje.

Opomba: Ker je material Filtek Bulk Fill delno prepusten, lahko mesto obnovitve, bava zoba pod obnovitvijo ali sosednje obnovitve vplivajo na končni videz podlage.

3. **Izolacija:** Najboljí pripravčilna metoda izolacije je s koferdamom. Lahko uporabite tudi vatne role in sesalnik.

Postopek

1. **Matrični trak:** Tesne proksimalne stike doseženo le z natančno matrično tehniko. Da zagotovite dobro prilaganje diseni in ustvarite pravilno med zobmi v obeleni matričnega traku, uporabite zagozde. Če je mogoče, priporočamo uporabo predhodno oblikovanega območnega matričnega traku. Vendar lahko uporabite tudi ujemno mehek tanek matrični trak, če je ustrezno. Trak zglaite, da zagotovite ustrezno proksimalno obliko, saj material Filtek Bulk Fill ne zadrži traku med namestitvijo.

2. **Zaščita pulpe:** V primeru izpostavljenosti pulpe, ko je mogoče neposredno pokrivanje pulpe, uporabite manjšo količino kalcijevega hidroksida in to prekrijte s slojem podloge iz steklastih ionomerov za polimerizacijo 3M™ ESPE™ Vitrebond™ Plus. Podlage Vitrebond ali Vitrebond Plus lahko uporabite tudi za obrobo območji globokih kavitet.

3. **Adhezivni sistem:** Za pritrditev tekočega polnilnega materiala Filtek Bulk Fill na zobno strukturo priporočamo uporabo dentalnega adhezivnega sistema 3M ESPE. Poglona navodila in varnostna opozorila za izdelke prebrite v navodilih za uporabo adhezivnega sistema.

4. **Nanos:**

4.1. **Nanos z brizgalko:** Material Filtek Bulk Fill lahko nanesete neposredno iz nastavka.

4.1.1. Pri uporabi nastavka za nanašanje upoštevajte iz priporočljivo nošenje zaščitnih očal za bolnike kot tudi za zdravstveno osebje.

4.1.2. **Pripravite nastavek za nanašanje:** Odstranite pokrovček in ga shranite. Nastavek za nanašanje previdno navijte na brizgo. Brizgo usmerite stran od bolnika in zobozdravstvenega osebja in iztisnite manjšo količino materiala Filtek Bulk Fill, da se tako prepričate, da nastavek ni zamašen.

4.1.3. Če je zamašen, snemite nastavek in manjšo količino polnilnega materiala Filtek Bulk Fill iztisnite neposredno iz brizge. Nastavek namestite z odprtine brizge. Nastavek ponovno namestite in iztisnite kompozit. Polnilni material Filtek Bulk Fill lahko iztisnete na ploščico za materiali in ga nanesete z ustreznim instrumentom.

4.2. **Kapsule za enkratno uporabo:** Kapsulo vstavite v dispenzer za obnovitve 3M™ ESPE™. Popolna navodila in opozorila glede dispenzerja za kapsule najdete v ločenh navodilih za uporabo dispenzerja.

5. **Namestitev:**

5.1. Izogibajte se intenzivni svetlobi na delovnem območju. Izpostavljenost materiala intenzivni svetlobi lahko povzroči predčasno polimerizacijo.

5.2. Iztisnite material Filtek Bulk Fill: Začnite iztiskati v najglobji del obnovitve tako, da držite konico blizu površine preparacije. Ko se material iztisne, počasi dvignite konico tako, da je nekoliko nad iztisnjenim materialom, da čim bol zmanjšate ujetje zraka. Ne pustite, da se konica potopi v material.

Pri proksimalnih območjih držite konico proti matrici, da material teče v proksimalno škatlico.

5.2.1. Namestanje podlage: Pustite vsaj 2 mm okluzalne povrtine kakršne za univerzalni ali posteriorni kompozit. Takšni okluzalni postopni koraki zagotavljajo moč, odpornost proti obrabi in estetsko kakovost, ki je potrebna za posteriorne obnovitve.

5.2.2. Nazidki zatičkov: Iztisnite material v spodrezana območja, okrog igel, zatičkov in zapolnite preparacijo.

5.2.3. Nanašanje zobnega tesnila: Iztisnite material na pripravljeno površino.

5.3. Polimerizirajte polnilni material, kot je prikazano v Razdelku 6.

6. **Polimerizacija:** Izdelek je treba polimerizirati z izpostavitvijo halogenski ali LED-svetlobi z minimalno intenzivnostjo 550 mW/cm² v območju 400–500 nm. Celotno površino vsake posamezne plasti polimerizirajte z luči visoke intenzivnosti, kot je na primer luč proizvajalca 3M ESPE. Ob svetlobni polimerizaciji držite vrh svetila svetlobe čim bliže materialu.

Odtenki	Debelina plasti	Doba polimerizacije	
		Vse halogenske luči LED-luči za močjo 550–1100 mW/cm²)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ LED-luči z močjo 1000–2000 mW/cm²)
U	4 mm	20sekund	10 sekund
A1, A2, A3	4 mm	40 sekund	20 sekund

7. **Dokončna izdelava obnovitve:**

7.1. Nanašanje podlage: Kompozit, npr. univerzalni polnilni material Filtek™ Ultimate, nanesite neposredno čez polimerizan tekoči polnilni material Filtek Bulk Fill. Glede nanašanja, striženja, oblikovanja in poliranja dokončanega kompozitnega materiala upoštevajte navodila proizvajalca.

7.2. Zobna tesnila za fisure: S suspenzijo pivca ali fluorid za peno nato odstranite zadrzano plast, ki ostane po polimerizacij s svetlobo.

3. **Izolacc:** Preferovanou metodou izolace je koferdam. Mohou se použít i vatové válečky spolu se sáním.

Návod k použití

Příprava

1. **Profylaxe:** Z povrchu zubů je nutné odstranit měkký i tvrdý povlak.

2. **Výběr odtínu:** Před izolací zubu vyberte příslušné odstíny výplňového materiálu Filtek Bulk Fill flowable s použitím standardního vzorníku VITAPAN® classical. Pro dostavbu pilířů a pečetění je vhodnější výrat kontrastnější odstín pro lepší detekci.

Poznámka: Protože je Filtek Bulk Fill flowable semitransluscentní, může bava zubní tkáně pod výplní nebo ponechaná výplň mít vliv na konečný vzhled podložky.

3. **Izolace:** Preferovanou metodou izolace je koferdam. Mohou se použít i vatové válečky spolu se sáním.

Pokyny

1. **Matrice:** Zhotovení těsného aproximálního kontaktu je možné důkladným umístěním matrice. Pro utěsnění na gingiválním okraji a pro separaci zubů kompenzující tloušťku matrice je nutno použít klínek. Pokud je možno, použijte předtvarovanou sekční matrici. Použití kruhové matrice je v případě nutnosti také možné. Matrice by měla být pro přesný aproximální kontakt správně vytvarovaná, protože Filtek Bulk Fill flowable není schopen během aplikace matrici roztlačit.

2. **Ochrana dřeňové dutiny:** Pokud došlo k obnažení dřeňové dutiny a pokud je vzhledem k situaci vhodné přímé překrytí dřeňové dutiny, použijte na obnaženou část co nejmenší množství hydroxidu vápenatého a poté aplikujte 3M™ ESPE™ Vitrebond™ nebo Vitrebond™ Plus Light Cure Glass Ionomer. Podložka Vitrebond nebo Vitrebond Plus může být také použita v hlubokých kavitách.

3. **Adhezivní systém:** K vazbě Filtek Bulk Fill flowable na zubní tkáně použijte dentální adhezivní systém 3M ESPE podle doporučení. Pro přesné instrukce k použití čtěte nejprve návod na použití příslušného adhezivního systému.

4. **Aplikace:**

4.1. **Aplikace ze stříkačky:** Filtek Bulk Fill Flow může být dávkován přímo ze stříkačky aplikační špičkou.

4.1.1. Během aplikace se doporučuje chránit oči pacientů i personálu ochrannými brýlemi.

4.1.2. *Příprava aplikační špičky:* Sundejte uzávěr a uložte jej. Na stříkačku bočního pohybem pevně nasaďte aplikační špičku. Držte špičky směrem od pacientů i personálu a vytlačte malé množství výplňového materiálu 3M Filtek Flow, abyste se ujistili, že přívodní systém není ucpaný.

4.1.3. Pokud je ucpaný, sundejte aplikační špičku a vytlačte malé množství výplňového materiálu adhezivní výplňový materiál Filtek Bulk Flow přímo ze stříkačky. Pokud jsou v ústí stříkačky viditelné usazeniny, odstraňte je. Nasaďte aplikační špičku a kompozit znovu vytlačte. Filtek Bulk Fill flowable může být vytlačen na podložku a aplikován příslušnými nástroji.

4.2. **Kapsle na jedno použití:** Vložte kapsuly do 3M™ ESPE™ dávkovače výplňových materiálů. Postupujte podle návodů k jednotlivým dávkovačům výplňových materiálů.

5. **Umístění:**

5.1. Vyhněte se použití silného světla v pracovním poli. Vystavení pasty intenzivnímu světlu může způsobit předčasné ztuhnutí.

5.2. Dávkování Filtek Bulk Fill flowable: Začněte dávkovat od nejhlubšího místa preparace, držte špičku blízko k preparovanému povrchu. Jak je materiál vymačkáván, pomalu proud ze špičky, takže aby jste se vyhnuli vzhůru zachycení bublinám, držte ji těsně nad již nadávkovaným materiál. Nenechte špičku ponořit do materiálu.

V aproximálních oblastech držte špičku proti matrici, aby materiál zatekl do aproximální kavity.

5.2.1. Použití jako podložka: Ponechte alespoň 2 mm na okluzní povrchu pro univerzální nebo posteriorní kompozit. Tento okluzní inkrement posiluje povrchové, odolnost proti abrazi a estetiku potřebnou pro stálé okluzi.

5.2.2. Dostavba pilířů. Naneste material do podsekllých oblastí, okolo čepů, kořenových dostavěna výplňte preparaci.

5.2.3. Aplikace seatinu: Flow materiálu na preparovaný povrch.

5.3. Kompozit osvítfepode pokyny v části 6.

6. **Vytvrzování:** Tento produkt je určen k polymerizi působením halogenového nebo LED světla s minimální intenzitou 550mW/cm² a rozsahu 400–500 nm. Každou vrstvu vytvrďte tak, že celý jej povrch vystavíte působení viditelného světla o vysoké intenzitě, např. světla z vytvrzovací lampy 3M ESPE. Během expozice držte lampu co nejblíže výplni.

Odstíny	Tloušťka vrstvy	Doba tvrzení	
		Všechny halógenové lampy LED lampy (s výkon 550-1000 mW/cm²)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ LED lampy s výkonem 1000-2000 mW/cm²)
U	4 mm	20 s	10 s
A1, A2, A3	4 mm	40 s	20 s

7. **Dokončení výplně:**

7.1. Použití jako podložka: Naneste výplňový materiál, jako např. Filtek™ Ultimate Universal, přímo na zbytky flow kompozit Filtek Bulk Fill flowable. Při aplikaci, vytvrzování, dokončení, úpravě okluze a leštění se řiďte pokyny tohoto návodu.

7.2. Počáteční fisur a jamek: Pomocí pemzy nebo leštící pasty jemně odstraňte povrchovou vrstvu vzniklou tvrdnutím vzduchu.

7.3. dostavby pilířů

7.3.1. Výplňové materiály buky fill jsou kompatibilní s běžně používanými

7.3.2. Aby nedošlo k chemické vazbě s chemicky tuhnoucím materiálem provizoria, měl by být výplňový materiál bulk fill vhlý silnou nebo lubrikován.

7.3.3. Běhě používané provizorní cementy nemají vazbu na výplňový materiál bulk fill.

7.4. Aplikace u přímé výplně:

7.4.1. Vytvarujte povrchy výplně jemnými diamanty, brousky nebo kameny.

7.4.2. Pomocí artikulačního papíru zkontrolujte okluzi. Vyzkoušejte i kontakty centrické a laterální. Pečlivě upravte okluzi odstraněním materiálu jemnými diamantem nebo kamenem.

7.4.3. Pokud nejsou vhodné dlaky, vyleštěte pomocí 3M ESPE Sof-Lex™ Finishing and Polishing System nebo pomocí bílého kamene, gumových špiček či leštící pasty.

Skladování a použití

1. Tento produkt je určen pro použití při pokojové teplotě. Jestliže je skladován v chladnější teplotě, před použitím nechejte produkt zahřát na pokojovou teplotu. Doba životnosti při pokojové teplotě je 36 měsíců. Okolní teplota pohybující se pravidelně nad 27°C/80°F může snížit trvanlivost produktu. Na vnějším obalu je uvedeno datum exspirace.

2. Výplňové materiály neinteragují s běžnými ústními látkami a nepůsobí na ně ani běžnými roztoky.

3. Materiály nevykazují v blízkosti výrobků obsahujících eugenol.

4. Použitou koncovku stříkačky vyřaďte a nahraďte uschovaným víčkem.

Produkt desinfikujte desinfekčním postupem stejně účinný izovirid (kontakt s tekutinou) doporučeným country CDC (Centra pro kontrolu nemoci) a schváleným asociací ADA (Americká asociace stomatologů). Pokyny pro kontrolu infekce v stomatologických ordinacích (Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings) – 2003 (Sv. 52, č. RR-17), Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention).

Likvidace – informace o likvidaci viz bezpečnostní list materiálu (k dispozici na www.3MESPE.com nebo prostřednictvím místní pobočky).

Informace pro uživatele

Nikdo není oprávněn podávat žádné informace lišící od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

POZOR: Federální zákony USA omezují prodej a použití tohoto přípravku pouze na objednávku stomatologa.

Záruka

Společnost 3M ESPE neposkytuje žádné další záruky týkající se tohoto materiálu kromě výslovně uvedených v tomto návodu k použití. Všechny ostatní záruky, ať již vyjádřené nebo předpokládané, včetně záruky, smluvní, nedbalosti či přímé odpovědnosti.

Omezení odpovědnosti

Kromě případů stanovených zákonem nebude společnost 3M ESPE odpovídat za jakoukoli ztrátu či poškození jakýmkoli ztrátu či poškození vzniklým v důsledku použití tohoto materiálu. Společnost 3M ESPE neodpovídá za vedlejší, náhodné či následnou, bez ohledu na založené tvrzení, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti či přímé odpovědnosti.

EESTI

Üldteave

3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill voolav täidismaterjal on madala viskoossusega valguskõvastuv röntgenkontrastne voolav materjal. See madalrõhuline voolav materjal on poolläbipaistev, võimaldades 4 mm sügavust kõvastamist. Täidismaterjal on pakendatud kapsliteasse ja süstaldasse. Filtek Bulk Fill voolava täidismaterjal sisaldab bisGMA-d, UDMA-d, bisEMA-d (6) ja prokülaatvaike. Täiteained on kombinatsioon iterbiumtrifluoriidilisest täiteosakesest suurusega 0,1 to 5,0 mikromeetri ja tsirkoonium/räni osakesi suurusega 0,01 kuni 3,5 µm. Anorgaanilisi täiteaine osakesi on materjalis 64,5% kaalu järgi (42,5% mahu järgi).

Näidustused

- Alusmaterjalina I ja II klassi direktsete täidiste all
- Lainerina direktsete täidismaterjalide all
- Fissuritsalendina
- Restauratsioonid minimaalse kaviteedi preparatsiooni puhul (k.a väikesed mittе-surve-tarvetkandvad okklusaalsed restauratsioonid)
- III ja V klassi restaurtsioonidеks
- Alamineku täitеks
- Emaili väikeste defektide parandamine
- Väikeste defektide parandamine esteetilistel indirektsetel täidistel
- Ajutiste komposiit- ja akrüülmaterjalide parandamine
- Kõndi üleesitluskohtas, kus vähemalt pool hambakoest on säilinud, tagamaks piisav tugi restaurtsioonile (soovitus)

Ohutusnõuded patsientidele

Toode sisaldab aineid, mis võivad mõnel inimesel nahaga kokkupuutel põhjustada allergilisi reaktsioone. Toodet mitte kasutada patsientidel, kellel on tuvastatud akrülaadiallergia. Pikaajalisel kokkupuutel sou pehmete kudedega loputada rohke veega. Kui esineb allergilisi reaktsioone, tuleb vajaduse korral kogu materjal eemaldada ja selle patsiendi puhul toodet tulevikus mitte kasutada.

Ohutusnõuded personalile

Toode sisaldab aineid, mis võivad mõnel inimesel nahaga kokkupuutel põhjustada allergilisi reaktsioone. Allergiarisiki vähendamiseks tuleb võimalus nende materjalidega kokkupuudet võimalikult vita minimeerida. Enti tuleb vältida kokkupuudet kõvastumata materjaliga. Kui materjali satub nahale, pese nahka seebi ja veega. Soovitatav on kasutada kaitsekindaid ja materjali töö käigus mitte puudutada. Akrülaadid võivad tungida läbi tavalisest kaitsevate kaitsekinnaste. Kui materjali satub kindale, võtke kindad kiiresti ära ja visake ära, peske käed kohe seebi ja veega ning tõmmake kätte uued kindad. Allergiliste reaktsioonide korral pidada vajadusel nõu arstiga.

Informatsioon 3M ESPE tootеohutuslehtede kohta on saadaval internetileheküljel www.3MESPE.com või kohaliku esindaja.

Kasutusjuhend

Preparatsioon

1. **Puhastamine.** Hambad tuleb katsut puhastada pasta ja veega.

2. **Värvi valik.** Enne hamba isoleerimist valige sobiva(te) toon(id)e Filtek Bulk Fill voolav täidismaterjal, kasutades standardset VITAPAN® klassikalist toonijuhist. Diagnoosimiseks on vajalik hambakõndi ülesehituse puhul võib tuvastamise hõlbustamiseks olla soovitatav kontrasteeruva tooni kasutamine.

Märkus. Kuna Filtek Bulk Fill voolav täidismaterjal on poolläbipaistev, võivad täidismaterjalist aluskiht, alleva hamba värv või kõrvalolevad täidismaterjalid mõjutada laineri/aluskihtide läbipaistvust.

3. **Isoleerimine.** Eelistatuim isoleerimisviis on kofferdam. Kasutada võib ka vatirulle koos süljeimirga.

Kasutamine

1. Matriitsiriba. Thedeste proksimaalseste kontaktide loomine saavutatakse sinuõsi ettevaatliku matriitsimatriitsika abil. Theda igemespiirde saavutamiseks ja matriitsi paksuse kompenseerimiseks on vajalik kiilu kasutamine. Soovitatav on kasutada eelkontureeritud sektsionaalse matriitsiriba kasutamist. Siiski võib kasutada ühukest ringikujulist pehmet riba, kui see on sobiv. Riba peaks olema õige proksimaalse kontuuri tagamiseks lihvitud, kuna Filtek Bulk Fill voolav täidismaterjal ei hoia paigaldamise ajal kinni.

2. **Pulbi kaitse.** Pulbi avatuse korral, kui näidustatud on pulbi otsene katmine, kasutage avause peal minimaalselt kogust kaltsiumhüdroksiidi, mille peale katmiseks valguskõvastuv klaasionomeer 3M™ ESPE™ Vitrebond™ või Vitrebond™ Plus. Vitrebond või Vitrebond Plus lainerеid/alusmaterjale võib kasutada ka sügavate kaviteedisade piirialadel.

3. **Adhesiivsüsteem.** Filtek Bulk Fill voolava täidismaterjali hambastruktuuriga sidumiseks on soovitatav 3M ESPE hambaravi adhesiivsüsteemi kasutamine. Nende toodete alased täielikke juhiseid ja ettevaatusabinõusid vaadake adhesiivsüsteemi juhendist.

4. **Paigaldamine**

4.1. **Süstla paigaldamine.** Filter Bulk Fill voolavat täidismaterjali saab peale kanda otse doseerimistsiitsikust.

4.1.1. Doseerimistsiitsikusmaterjal soovitatakse nii patsientidel kui personalil kanda kaitseprille.

4.1.2. Doseerimistsiitsiku ettevalmistamine Eemaldage kork ja hoidke alles. Keerake ühekordselt kasutatav doseerimisotsik süstla külge. Suunake doseerimisotsik ära suunge välle kogus Filtek Bulk Fill voolavat täidismaterjal ning surutage väike kogus Filtek Bulk Fill voolavat täidismaterjal, et kontrollida, kas süsteem ei ole ummistunud.

4.1.3. Ummistuse korral eemaldage doseerimistsiitsik ja suruge väike kogus Filtek Bulk Fill voolavat täidismaterjal otse süstlast välja. Kui ummistus on süstla avause, siis eemaldage sinna kogunenud material. Asetage otsik tagasi ja väljutage material uuesti. Filtek Bulk Fill voolavat täidismaterjal võib väljutada doseerimispadjale ja aplitseerida sobiva instrumendiga.

4.2. **Üheannuselised kapslid.** Sisestage kapsel 3M™ ESPE™ täidismaterjali dosaatorisse. Järgige eraldiseisva täidismaterjali dosaatori kasutusjuhendis toodud juhiseid ja ettevaatusabinõusi.

5. **Paigaldamine**

5.1. Vältige intensiivset valgust töökohtumises. Intensiivsele valgusele võib tekitada enneaegse polümeriseerumise.

5.2. Filtek Bulk Fill voolava täidismaterjali doseerimine. Alustage doseerimist preparatsiooni pinna sügavamast osast. Tehke otsa preparaadi pinna lähedal. Materjali väljutamisel tõstke otsa aeglaselt nii, et see jääb doseeritavast materjalist veidi kõrgemale, et minimeerida õhu kinnijäämist. Ärge laske otsikut materjali sisse sattuda.

Proksimaalsete preparaatide puhul hoidke otsikut matriitsi vastas, et hõlbustada materjali voolamist proksimaalsesse kambrisse.

5.2.1. Alusmaterjali/laineri aplikatsioon. Apitseerige universaalse või posteriorse komposiittäidistise puhul kaviteedi okluusaalsest pinnale vähemalt 2 mm paksusett. Selline okluusaline lisakiht annab posteriooreetiliste restauratsioonide nõutava tugevuse, vastupidavuse, vajaminevat tugevust, kulumiskindlust ja esteetilist omadust.

5.2.2. Hambakõndi üleesitlus. Süstige material lõigatud piirkondadesse, nõelade ümber, postide ümber ja täitke preparaeritud ava.

5.2.3. Silandi aplikatsioon. Kandke voolavat materjal preparaeritud pinnale.

5.3. Valguskõvastage täidismaterjal vastavalt jaotisele 6.

6. **Kõvastamine.** Antud toode on ette nähtud kõvastamiseks halogeen- või LED-valgusega, mille minimaalne intensiivsus on 550 mW/cm² lainepikkuse vahemikus 400–500 nm. Kõvastage iga materjalikihti kogu selle pinna ulatuses suure intensiivsusega valguslambiga, nagu näiteks 3M ESPE valgustambiga. Hoidke valgusjuhi otsa kõvastamise ajal täidisele võimalikult lähedal.

Värvitoonid	Materjalikihi sügavus	Kõvastamisaeg	
		Kõik halogeenlambid LED-lambid (väljundvõimsusega 550–1000 mW/cm²)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ LED-lambid väljundvõimsusega 1000–2000 mW/cm²)
U	4 mm	20 s	10 s
A1, A2, A3	4 mm	40 s	20 s

7. **Restauratsioonі lõpetamine**

7.1. Alusmaterjali/laineri aplikatsioon. Kandke kompositäidismaterjal, nagu näiteks Filtek™ Ultimate universaalse täidismaterjal, otse kõvastatud Filtek Bulk Fill voolava täidismaterjali peale. Järgige tootja juhendit materjali paigaldamise, kõvastamise, viimistlemise, okluusioni korrigeerimise ja poleerimise osas.

7.2. Fissuriisolandina kasutades. Eemaldage pärast valguskõvastamist jäävi inhibitsioonikiht ettevaatlikult pimsi- või poleerimispastaga.

7.3. Hambakõndi üleesitlus

7.3.1. Bulk Filli täidismaterjal ühildub tavaliselt kasutatavate impressionmaterjalidega pärast pindmise inhibitsioonikihi eemaldamist.

7.3.2. Bulk Fill täidismaterjal peaks keemiliselt kõvenduvate materjalidega seostumise vältimiseks hoidma sülje või lubrikaadi abil niiskena.

7.3.3. Tavaliselt kasutatavad ajutised tihendusmaterjalid ei seostu Bulk Fill täidismaterjaliga.

7.4. Direktse täidise aplikatsioon

7.4.1. Täidise viimistlemiseks kasutage teemantpurse, puure või kive.

7.4.2. Kontrollige okluusiooni ettevaatlikult, eemaldades ligse täidise teemantpuuri või kiviga.

7.4.3. Poleerige 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ viimistlus- ja poleerimissüsteemiga või valgete kivide, kummidiskiste või poleerimispastaga kohtades, kus kettaid ei saa kasutada.

Säilitamine ja kasutamine

1. Toode on ette nähtud kasutamiseks toatemperatuuril. Külmkapis säilitamisel peab toode enne kasutamist saavutama toatemperatuuri. Säilivusaeg on 36 kuud. Pidev säilitamine temperatuuril üle 27°C / 80°F võib lühendada kõlblikkusaega. Pakendi välisosal on märgitud väliskpäevakõlblik.

2. Ärge hoidke täidismaterjale kõrge temperatuuri või intensiivse valguse käes.

3. Ärge hoidke materjale eugenooli sisaldavate toodete läheduses.

4. Eemaldage tarvitatud süstlastiik ja asendage kaitsekorgiga.

Toote desinfitseerimiseks kasutada keskmise taseme desinfitseerimismeetodit (vedelikuga), nagu on soovitanud USA Keskuste haigustõrjeks ja ennetamiseks (Centers for Disease Control) ja heaks kiitnud Ameerika hambaarstide ühing (American Dental Association). Juhend infektsioonі kontrollіks hambaravis – 2003 (Köide 52; nr RR-17), Haiguste kontrolli- ja ennetuskeskused.

Jäätmekäitlus – vaadake tootеohutuskaarti (Material Safety Data Sheet, saadaval www.3MESPE.com või kohaliku esindaja kaest).

Kliendiinfo

Kellelgi ei ole volitusi anda teistsuguist informatsiooni kui see, mis on esitatud käesolevas juhendis.

Hoiatus: Ameerika Ühendriikide föderaalseadus lubab seadet müüa vaid hambaravi professionaalidele või nende tellimusel.

Garantii

3M ESPE garanteerib, et sellel tootel puuduvad materjali- ja tootmisvead. 3M ESPE EI ANNA MUID GARANTIISID, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE EELDUSE VÕI KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTAMISEKS SOBIVUSE GARANTIID. Toote konkreetseks otstarbeks sobivuse kindlaksmääramise eest vastutab kasutaja. Kui see toode osutub garantiitingimustі jookssul defektseks, on teil täielik õigus ja ettevõ